




คุณลักษณะเฉพาะ
เบลคแบบใช้ซ้ำได้อีกเบอร์ ๔ (สำหรับใช้กับเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์)
โรงพยาบาลพุทธโสธร

๑. ความต้องการ กล้องส่องคอสำหรับยกลิ้นเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ (Laryngoscope) ชนิดต่อกับสายนำสัญญาณเพื่อให้เห็นภาพบนจอมอนิเตอร์
๒. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๒.๑ เบริดสำหรับยกลิ้นเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ (Laryngoscope) มีกล้อง CMOS ความละเอียดสูง และหลอด LED สำหรับให้แสงสว่างประกอบรวมเป็นชุดเดียวกัน
 - ๒.๒ ปลายด้ามมีข้อต่อกับสายนำสัญญาณ เพื่อนำภาพจากกล้องไปแสดงบนจอภาพมอนิเตอร์
 - ๒.๓ ใช้งานร่วมกับจอมอนิเตอร์ GlideScope GVL
๓. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๒.๔ สามารถนำมาทำความสะอาดเพื่อใช้ซ้ำได้ โดยล้างและทำการฆ่าเชื้อแบบ high level disinfection
 - ๒.๕ กล้องรับภาพมีระบบป้องกันการเกิดฝ้า (Anti-Fogging)
 - ๒.๖ ลักษณะเป็นเบลคโค้ง (Angulated Blades) สามารถใช้ได้ทั้งในการทำงานปกติ และสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาใส่ท่อยาก
 - ๒.๗ ความกว้างของเบลคส่วนที่มีกล้องประกอบอยู่กว้างประมาณ ๒๗ มม.
๔. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๔.๑ เป็นของใหม่ ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - ๔.๒ ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย
 - ๔.๓ ผู้ขายต้องแสดงเอกสารรับรองการมีอะไหล่จากผู้ผลิตไว้บริการภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 - ๔.๔ มีเอกสารรับรองการฝึกอบรมช่างเทคนิคที่ออกโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต
 - ๔.๕ รับประกัน ๓ เดือน นับจากวันที่รับมอบสินค้า

คณะกรรมการดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นางอติมา ไชยกุล)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางจินตนา โรจนัย)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวพรเพ็ญ ศรีเจริญ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเบลดแบบใช้ซ้ำได้อีกเบอร์ ๔ (สำหรับใช้กับเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์)จำนวน ๑ อัน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
 ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
-เบลดแบบใช้ซ้ำได้อีกเบอร์ ๔ (สำหรับใช้กับเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์) จำนวน ๑ อัน เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
 ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบราคาจากท้องตลาด
- บริษัท สุปรีม โปรดักส์ จำกัด
 ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|---------------|
| ๕.๑ | นางธิดิมา ไชยกุล | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ | นางจินตนา โรจนัย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕.๓ | นางสาวพรเพ็ญ ศรีเจริญ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |