

**คุณลักษณะเฉพาะ**  
**ชุดเครื่องมือผ่าตัดจุกัลยกรรม**  
**โรงพยาบาลพุทธโสธร**

.....  
๑.ความต้องการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดจุกัลยกรรม คุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒ คุณลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาทเพื่อช่วยให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ


- ๓.๑ กรรไกรผ่าตัดเนื้อเยื่อแบบปลายทู่ ความยาวในการใช้งาน ๗๐ มม.
- ๓.๒ กรรไกรผ่าตัดเนื้อเยื่อแบบปลายทู่ ความยาวในการใช้งาน ๙๐ มม.
- ๓.๓ กรรไกรผ่าตัดเนื้อเยื่อแบบปลายตรง ความยาวในการใช้งาน ๒๐๐ มม.
- ๓.๔ กรรไกรผ่าตัดเนื้อเยื่อแบบ Bayonet ปลายตรง ความยาว ๑๘๕ มม.
- ๓.๕ กรรไกรผ่าตัดเนื้อเยื่อแบบ Bayonet ปลายตรง ความยาว ๒๒๕ มม.
- ๓.๖ คีมจับเนื้อเยื่อแบบ Bayonet ความยาวส่วนใช้งาน ๗๐ มม.
- ๓.๗ คีมจับเนื้อเยื่อแบบ Bayonet ความยาวส่วนใช้งาน ๙๐ มม.
- ๓.๘ คีมจับเนื้อเยื่อแบบ Bayonet ความยาว ๒๒๐ มม. ปลายของอุปกรณ์เป็นแบบ Jaw spon เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ๓ มม.
- ๓.๙ คีมจับเนื้อเยื่อแบบ Bayonet ความยาว ๒๒๐ มม. ปลายของอุปกรณ์เป็นแบบ Jaw spon เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ๕ มม.
- ๓.๑๐ อุปกรณ์เลาะเนื้อเยื่อ ความยาว ๒๓๐ มม. ปลายปากเป็นแบบ downwards curved
- ๓.๑๑ อุปกรณ์เลาะเนื้อเยื่อ ความยาว ๒๓๐ มม. ปลายปากเป็นแบบ slightly curved
- ๓.๑๒ มีดตัดเนื้อเยื่อ ยาว ๒๓๐ มม.แบบ SAMIII เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ๓ มม.
- ๓.๑๓ อุปกรณ์สำหรับดูดของเหลว แบบ Fukushima ความยาวส่วนใช้งาน ๑๔๐ มม. เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ๗ Fr.
- ๓.๑๔ อุปกรณ์สำหรับดูดของเหลว แบบ Fukushima ความยาวส่วนใช้งาน ๑๔๐ มม. เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ๘ Fr.
- ๓.๑๕ อุปกรณ์สำหรับดูดของเหลว แบบ Fukushima ความยาวส่วนใช้งาน ๑๔๐ มม. เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ๙ Fr.
- ๓.๑๖ อุปกรณ์สำหรับดูดของเหลว แบบ Fukushima ความยาวส่วนใช้งาน ๑๔๐ มม. เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ๑๐ Fr.
- ๓.๑๗ อุปกรณ์สำหรับดูดของเหลว แบบ Fukushima ความยาวส่วนใช้งาน ๑๖๕ มม. เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ๗ Fr.

๒/๔. เงื่อนไขเฉพาะ.....



.....(นางสาววิณา เรืองเกรียงสิน)

.....(นายปณณวัชร ปัทมวงศ์จรรยา)

.....(นางวรินทร์ พิมธรรมมา)

๔.เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ ผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐาน
- ๔.๒ ให้ระบุชื่อสำนักงานที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายไว้ที่กล่อง
- ๔.๓ ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๔.๔ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของเครื่องเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันตรวจรับเครื่องมือ
- ๔.๕ ผู้ขายต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อข้างบนให้ชัดเจนว่าเครื่องที่นำมาเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วน และเพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบ SPECIFICATION

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววิณา เรืองเกรียงสิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิ่นฉวีชัย ปัทมวงศ์จรียา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวรินทร พิมพ์ธรรมมา)